



OZNÁMENÝ SUBJEKT 1024  
ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ 1040  
CERTIFIKAČNÍ ORGÁN 3068

# Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.

Oddělení zkušebnictví a certifikace

Jeruzalémská 1283/9

110 00 Praha 1

LAKOVNA LEMFELD  
BRTNICKÁ 55  
407 78 VELKÝ ŠENOV

Vaše značka:

Naše značka:

V Praze, 22. 6. 2020

Věc: potvrzení o zahájení postupu posuzování shody

Potvrzujeme, že dovozce:

Lakovna Lemfeld, Brtnická 55, 407 78 Velký Šenov

Předložil k posouzení výrobek:

Skládaný respirátor FFP3, L&S B01 - **Identifikace viz obrázky na druhé straně**

Výrobce:

Huizhou Wise Union Protection Technology Co., Ltd, Laolou Industrial Park, Liantang Village, Sandong Town, Huicheng District, Huizhou City, Guangdong, China

U tohoto výrobku byly ověřeny pouze vybrané vlastnosti související s jeho ochrannou funkcí, viz protokol o zkoušce vydaný VÚBP-ZL č. 524/2020. Dále bylo přihlédnuto k protokolu o zkoušce No. 200069461MO s akreditační značkou ilac-MRA, CNAS L10314, který vydal GTTC. Tento protokol dodaný dovozcem uvádí výsledky zkoušek podle normy GB 2626-2006 pro třídu ochrany KN95. Tato třída odpovídá třídě FFP2 podle EN 149+A1. Dosažené výsledky zatím nevyklučují ani výslednou třídu ochrany FFP3, tato úroveň však musí být potvrzena dalšími zkouškami.

Na tomto podkladě, v situaci, kdy je silný tlak na dodávky prostředků na ochranu dýchadel a na základě Doporučení Komise (EU) 2020/403 lze konstatovat, že uvedený výrobek zajišťuje odpovídající úroveň ochrany zdraví a bezpečnosti v souladu se základními požadavky stanovenými v nařízení (EU) 2016/425.

S pozdravem

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.  
Jeruzalémská 1283/9, 110 00 Praha 1  
IČ: 00025950, DIČ: CZ000025950  
Tel.: 221 015 811

Ing. Jiří Tihon, Ph.D.  
vedoucí OZC

Skládaný respirátor FFP3, L&S B01, dovozce Lakovna Lemfeld

